

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ЛСРМ»


В.Н. Даниленко
2018 г.


«СОГЛАСОВАНО»

Начальник НИО-4
ФГУП «ВНИИФТРИ»


А.В. Янушевич
« 18 » 07 2018 г.


Дополнение №1

к «Методике измерений активности
гамма-излучающих радионуклидов в контейнерах с отходами
с помощью гамма-спектрометрического комплекса
с программным обеспечением «LSRM» – SpectraLine и EffMaker»

В связи с тем, что Методика предназначена для измерения контейнеров
разной массы, в том числе НЗК массой до 10т,

пункт «6.1.3 Весы технические с пределом измеряемой массы – 700 кг и
погрешностью измерения не более 5 %»

изложить в редакции: «6.1.3 Весы технические с пределом измеряемой
массы – 10 т и погрешностью измерения не более 5 %».

Начальник отдела программирования
ООО «ЛСРМ»



Е.А.Ковальский

КОПИЯ ВЕРНА

*Исполнительный директор
ООО «ЛСРМ»*

/Соловьев С.А./